

Potvrda o testiranju

Dräger

Br. dokumenta SN19-1461

23.9.2019

Korisnik **OPŠTA BOLNICA PIROT**
Pirot

Naziv proizvoda **Aparat za anesteziju Fabius CE**

Kataloški br. **MW00707**

Serijski br. **ARUB-0072**

Datum servisiranja **23.09.19**

Gore pomenuti proizvod servisiran je od strane DrägerService-a preduzeća Dräger Tehnika d.o.o, jedine servisne organizacije ovlašćene od Dräger Medical GmbH za teritoriju Srbije i Crne Gore.

Propisi, dokumentacija i test-procedure propisani od strane Dräger Medical GmbH u potpunosti su ispoštovani prilikom izvršenih servisnih intervencija na uređaju.

Nakon izvršenog servisa, uređaj je pažljivo testiran. Sve zahtevane testove uređaj je uspešno prošao.

Ovim dokumentom se potvrđuje ispravnost uređaja i njegova bezbednost za upotrebu u medicinske svrhe, poštujući odredbe iz korisničkog uputstva za rukovanje.

Kalibracija sa:

Aparat je ispravan i u toleranciji po specifikaciji proizvođača.

Važnost atesta do: **23.03.20**



Drägerservice

Dräger tehnika d.o.o. Beograd

Radoja Dakića 7 11080 Beograd - Zemun
Tel. + 381 11 39 11 222
Fax + 381 11 39 11 333
office.serbia@draeger.com
www.draeger.com

Raiffeisen bank
265-1100310000382-67

Poreski broj 100345259
Matični broj 07528574
Šifra delatnosti 4690

Br. dokumenta SN19-1459

23.9.2019

Korisnik **OPŠTA BOLNICA PIROT**
Pirot

Naziv proizvoda **Aparat za anesteziju Fabius CE**

Kataloški br. **MW00707**

Serijski br. **ARUB-0079**

Datum servisiranja **23.09.19**

Gore pomenuti proizvod servisiran je od strane DrägerService-a preduzeća Dräger Tehnika d.o.o, jedine servisne organizacije ovlašćene od Dräger Medical GmbH za teritoriju Srbije i Crne Gore.

Propisi, dokumentacija i test-procedure propisani od strane Dräger Medical GmbH u potpunosti su ispoštovani prilikom izvršenih servisnih intervencija na uređaju.

Nakon izvršenog servisa, uređaj je pažljivo testiran. Sve zahtevane testove uređaj je uspešno prošao.

Ovim dokumentom se potvrđuje ispravnost uređaja i njegova bezbednost za upotrebu u medicinske svrhe, poštujući odredbe iz korisničkog uputstva za rukovanje.

Kalibracija sa:

Aparat je ispravan i u toleranciji po specifikaciji proizvođača.

Važnost atesta do: **23.03.20**



Drägerservice

Dräger tehnika d.o.o. Beograd
Radoja Dakića 7 11080 Beograd - Zemun
Tel. + 381 11 39 11 222
Fax + 381 11 39 11 333
office.serbia@draeger.com
www.draeger.com

Raiffeisen bank
265-1100310000382-67

Poreski broj 100345259
Matični broj 07528574
Šifra delatnosti 4690

Potvrda o testiranju

Dräger

Br. dokumenta SN19-1461

23.9.2019

Korisnik **OPŠTA BOLNICA PIROT**
Pirot

Naziv proizvoda **Aparat za anesteziju Fabius CE**
Kataloški br. **MW00707**
Serijski br. **ARUA-0112**
Datum servisiranja **23.09.19**

Gore pomenuti proizvod servisiran je od strane DrägerService-a preduzeća Dräger Tehnika d.o.o, jedine servisne organizacije ovlašćene od Dräger Medical GmbH za teritoriju Srbije i Crne Gore.

Propisi, dokumentacija i test-procedure propisani od strane Dräger Medical GmbH u potpunosti su ispoštovani prilikom izvršenih servisnih intervencija na uređaju.

Nakon izvršenog servisa, uređaj je pažljivo testiran. Sve zahtevane testove uređaj je uspešno prošao.

Ovim dokumentom se potvrđuje ispravnost uređaja i njegova bezbednost za upotrebu u medicinske svrhe, poštujući odredbe iz korisničkog uputstva za rukovanje.

Kalibracija sa:

Aparat je ispravan i u toleranciji po specifikaciji proizvođača.

Važnost atesta do: **23.03.20**



Drägerservice

Dräger tehnika d.o.o. Beograd
Radoja Dakića 7 11080 Beograd - Zemun
Tel. + 381 11 39 11 222
Fax + 381 11 39 11 333
office.serbia@draeger.com
www.draeger.com

Raiffeisen bank
265-1100310000382-67

Poreski broj 100345259
Matični broj 07528574
Šifra delatnosti 4690

Br. dokumenta SN19-1459

23.9.2019

Korisnik **OPŠTA BOLNICA PIROT**
Pirot

Naziv proizvoda **Aparat za anesteziju Fabius CE**

Kataloški br. **MW00707**

Serijski br. **ARSL-0127**

Datum servisiranja **23.09.19**

Gore pomenuti proizvod servisiran je od strane DrägerService-a preduzeća Dräger Tehnika d.o.o, jedine servisne organizacije ovlašćene od Dräger Medical GmbH za teritoriju Srbije i Crne Gore.

Propisi, dokumentacija i test-procedure propisani od strane Dräger Medical GmbH u potpunosti su ispoštovani prilikom izvršenih servisnih intervencija na uređaju.

Nakon izvršenog servisa, uređaj je pažljivo testiran. Sve zahtevane testove uređaj je uspešno prošao.

Ovim dokumentom se potvrđuje ispravnost uređaja i njegova bezbednost za upotrebu u medicinske svrhe, poštujući odredbe iz korisničkog uputstva za rukovanje.

Kalibracija sa:

Aparat je ispravan i u toleranciji po specifikaciji proizvođača.

Važnost atesta do: **23.03.20**



Dräger service

Dräger tehnika d.o.o. Beograd
Radoja Dakića 7 11080 Beograd - Zemun
Tel. + 381 11 39 11 222
Fax + 381 11 39 11 333
office.serbia@draeger.com
www.draeger.com

Raiffeisen bank
265-1100310000382-67

Poreski broj 100345259
Matični broj 07528574
Šifra delatnosti 4690