

POTVRDA O KVALITETU

Naziv proizvoda: **Medicinski kiseonik**
Proizvodi i distribuirana: **Messer Tehnogas AD**
Specifikacija:

O₂	≥ 99,5	%
CO₂	≤ 300	ppm
CO	≤ 5	ppm
H₂O	≤ 67	ppm

Kvalitet proizvoda odgovara zahtevima važeće Ph. Eur.



SHEQ
Vojislav Milinković, dipl.ing.

Pažnja!

Gas sme koristiti samo obučeno lice putem uređaja i opreme saglasno propisima za ovu vrstu proizvoda i uputstvu za upotrebu. Prilikom skladištenja i primene pridržavati se preporuka koje su navedene u „Bezbednosnom listu“ koji uz otpremnicu dostavlja Messer Tehnogas AD.

Messer Tehnogas AD
Banjički put 62, 11090 Beograd
Tel: 011/35 37 200 fax: 011/35 37 291

fa Dymts v w7



POTVRDA O KVALITETU

Naziv proizvoda: **Azot suboksid**
Proizvodi i distribuira: **Messer Tehnogas AD**
Specifikacija:

N₂O	≥ 98,0	%
CO₂	≤ 300	ppm
CO	≤ 5	ppm
NO_x	≤ 2	ppm
H₂O	≤ 67	ppm

Kvalitet proizvoda odgovara zahtevima važeće Ph. Eur.



SHEQ
Vojislav Milinković, dipl.ing.

Pažnja!

Gas sme koristiti samo obučeno lice putem uređaja i opreme saglasno propisima za ovu vrstu proizvoda i uputstvu za upotrebu. Prilikom skladištenja i primene pridržavati se preporuka koje su navedene u „Bezbednosnom listu“ koji uz otpremnicu dostavlja Messer Tehnogas AD.

Messer Tehnogas AD
Banjički put 62, 11090 Beograd
Tel: 011/35 37 200 fax: 011/35 37 291